

包 8-CD4 检测试剂（深圳迈瑞）

CD4+T 淋巴细胞检测试剂（迈瑞 BriCyte E6）技术参数

一、流式细胞仪试剂及仪器校正试剂（与仪器匹配）

1) 技术要求

(1) 试剂组成：

预配四色试剂 CD45/CD4/CD8/CD3

免洗试剂；

与迈瑞 BriCyte E6 流式细胞仪配套检测的上样管

与迈瑞 BriCyte E6 流式细胞仪配套检测的清洗液

与迈瑞 BriCyte E6 流式细胞仪配套检测的多色质控微球

可与流式细胞仪的全自动软件匹配实现单平台绝对计数的自动获取和自动分析

(2) 检测线性范围(淋巴细胞浓度处于 25 cells/ μ L ~23.52 \times 10³ cells/ μ L):

CD3: ≥ 32 cell/ μ L

CD4: ≥ 6 cell/ μ L

CD8: ≥ 12 cell/ μ L

(3) 检测重复性: CV \leq 8.0%

2) 交货日期: 供货通知送达之日起 20 个工作日内到货

3) 质保期: 18 个月（交货时，实际使用效期 \geq 12 个月）