

包 9-CD4 检测试剂 (PIMA)

便携式 (PIMA) CD4+T 淋巴细胞检测试剂

(荧光免疫法) 技术参数

流式细胞仪试剂及仪器校正试剂 (与便携式 (PIMA) CD4 T 淋巴细胞检测仪器匹配)

1) 技术要求

(1) 试剂组成

检测试剂: Alere CD4 淋巴细胞检测试剂盒 (荧光免疫法)

仪器质控: Pima 标准板 (bead standard)

(2) 检测准确性: 0.96 (95% 可信区间 0.94-0.97)

(3) 检测重复性: $CV \leq 8.0\%$

2) 交货日期: 供货通知送达之日起 20 个工作日内到货

3) 质保期: 12 个月 (交货时, 实际使用效期 ≥ 10 个月)