

## 政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	栾川县中医院
拟采购产品名称	医用内窥镜
拟采购产品金额	160万元
采购项目所属项目名称	栾川县中医院胃镜室专用设备采购项目
采购项目所属项目金额	190万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述: 目前胃肠镜诊疗患者日益增多, 为满足我院的诊断需求, 需购买一套电子胃肠镜。 1. 在图像解析度上, 进口产品比国产品牌有着更高更好的解析度。 2. 内镜检查即通过毛细血管及腺管判断病变性质, 进口品牌在体内可以凸显更多的细节, 提供更为详细的诊断依据。 3. 质量方面进口品牌耐用, 清晰度高。 4. 进口品牌临床试验时间长, 在诊疗过程中给患者带来的痛苦小, 安全系数大。 5. 售后服务方面进口产品在临幊上使用时间长, 配件备品比较完善。国产品牌起步比较晚, 相对比较落后。 为了更好的开展临幊工作以及转院诊疗过程中避免重复检查, 减轻患者的负担, 故申请购买进口产品。	
三、专家论证意见	
<p>医用内窥镜产品, 国产的各项技术指标劣于进口同类产品, 无法满足临幊需要, 必须购买进口产品。</p>	
法律专家签字: 周亚楠	工作单位: 河南豫商律师事务所 联系电话: 13613828986 2019年9月26日

国产中的内窥技术刚刚起步，产品竞争力不强。在  
技术水平和产品质量上，国际知名品牌与国内企业存在较大  
差距。在售后服务方面逊色。产品更新速度慢，品种少，  
与国外同类产品相比，产品必须进口。

技术专家 1 签字：李世林 工作单位：河南省疾控中心 联系电话：13526521644

2019年9月26日

医用电子内窥镜在国内的产品技术水平满足临床需求，它主要是在国内像清晰度和使用方便性都优于国内产品，所以必须采购进口产品。

技术专家 2 签字：林海江 工作单位：湖南省肿瘤医院 联系电话：13937142197

2019年9月26日

胃肠镜设备 国产和进口产品的区别在于，进口设备在诊断病变分辨率、清晰度等方面优于国产设备。为满足临床需求，建议购买进口设备。

技术专家 3 签字：许伟 工作单位：郑州市肛肠医院 联系电话：13838345278

2019年9月26日

同时，胃肠镜进口产品在技术、诊断治疗  
病变的分辨率、清晰度等方面均优于国产产品。  
为满足临床需要，必须购买进口产品。

技术专家 4 签字：申永军 工作单位：解放军总医院 联系电话：15138683005

2019年9月26日

栾川县中医院胃镜室专用设备采购项目进口产品专家论证签到表

序号	姓名	工作单位	职称	联系电话
1	李桂生	三门峡市第一医院	主治医师	(3526501644)
2	侯桂林	河南豫东律师事务所	律师	13613828986
3	王峰	河南中州律师事务所	主任	(3937142197)
4	江小毛	洛阳市骨科医院	主任	13838345278
5	尹艺伟	郑州大学二附院	主任医师	15138683005