


表 1

## 政府采购进口产品申请表

申请单位	河南省疾病预防控制中心
申请文件名称	
申请文号	
采购项目名称	分枝杆菌液体培养基
采购项目金额	45.5 万元
采购项目所属项目名称	HIV/结核病双重感染项目
采购项目所属项目金额	45.5 万元
项目使用单位	河南省疾病预防控制中心
项目组织单位	河南省疾病预防控制中心
申 请 理 由	<p>分枝杆菌液体培养基，配合分枝杆菌添加剂使用，对分枝杆菌进行分离培养；添加剂在促进分枝杆菌快速生长的同时且可以抑制其他杂菌的生长；培养液中含溶解氧，使管内荧光指示胶的荧光猝灭，抑制其发光，分枝杆菌生长过程随着氧气含量降低，荧光增强，可通过全自动分枝杆菌培养监测仪监测荧光变化判断分枝杆菌的生长；为全自动分枝杆菌培养监测仪配套试剂。该设备和试剂为 WHO 推荐，为进口产品，现提出采购申请。</p>
	盖 章
	年 月 日

表 3

## 政府采购进口产品专家评审意见

<b>一、基本情况</b>	
申请单位	河南省疾病预防控制中心
拟采购产品名称	分枝杆菌液体培养基
拟采购产品金额	45.5 万元
采购项目所属项目名称	HIV/结核病双重感染项目
采购项目所属项目金额	45.5 万元
<b>二、申请理由</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input type="checkbox"/> 3. 其他：	
<b>原因阐述：</b> 该试剂配合分枝杆菌添加剂使用，对分枝杆菌进行分离培养，通过全自动分枝杆菌培养监测仪判断分枝杆菌的生长。为全自动分枝杆菌培养监测仪配套试剂。该设备和试剂为 WHO 推荐，并已经在我国结核病防治工作中使用，此试剂为进口产品。	
<b>三、专家论证意见 1</b>	
<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">专用设备的配套试剂，必须用 <del>单一品牌</del> 进口产品。</p>	
专家签字 	
2019 年 12 月 6 日	

三、专家论证意见 2

设备以及使用试剂为 WHO 推荐使用，可以  
更好地服务于临床和患者。建议采用进口产品。

专家签字

*[Signature]*

年 月 日

三、专家论证意见 3

本机采用液相色谱检测准确，采用气相色谱试剂  
检测数据的可靠性、准确性难以达到实验要求，建议  
采用进口产品。

专家签字

*[Signature]*

2019年12月6日

三、专家论证意见 4

本机试剂稳定性检测的准确性和好的重复  
性以及设备运行的稳定性。建议采用进口产  
品。

专家签字

*[Signature]*

2019年12月6日

三、专家论证意见 5

进口产品符合法律和规章的规定，是  
不属于国家的限制类和禁止类进口产品范围。

*[Signature]*

专家签字

2019年12月6日