

论证会签到表

项目名称：2019-2020 年度第四批医疗设备采购项目

2021 年 08 月 19 日

单位名称	姓名	性别	职务/职称	学历	专业	联系电话
河南省洛阳正骨医院	王健智	女	主任	本科	技术	13663795287
河南科技职业学院	王科琦	男	高级	本科	技术	13683857628
洛阳市疾控中心	王宇川	男	副教授	本科	技术	13592090026
洛阳市疾控中心	张涛	男	高级	本科	技术	13700819158
洛阳市疾病预防控制中心	张永志	男	主任	本科	技术	13703883473

专家论证意见

采购单位名称	
采购项目名称	2019-2020年度第四批医疗设备采购项目
采购编号	2021-JQ64-W1011
专家 论证 意见	<p>1: 医疗设备采购项目清单中1、2、5、12、15、16、17包设备名称与后附相应技术参数表设备名称不一致。</p> <p>2: 第4包化学发光免疫分析仪第15条参数要求, 建议删除“仪器获取检测这的结果”; 第16条“病理管理”是否为“病历管理”; 第17条报告单编辑参数要求中建议删除“报告单可以进行编辑”。</p> <p>3: 第4包化学发光免疫分析仪无推荐品牌。</p> <p>4: 第5包C-13呼吸检测仪无推荐品牌。</p> <p>5: 第6包眼科A-B超第1.1条探头频率建议加星号; 第1.3条参数名称“测量参数”建议改成“测量范围。”</p> <p>6: 第7包眼底照相机无推荐品牌</p> <p>7: 第8包数码裂隙灯配置要求中第8条“爱普生打印机”, 去掉品牌要求。</p> <p>8: 第10包非接触式眼压计技术参数第3条参数名称“眼压测量值”改成“眼压测量精度”, 具体参数要求改成“眼压测量精度\leq0.1mmHg.”</p> <p>9: 第12包开放式多功能视光测量分析仪配置要求中建议列出打印纸耗材清单及价格, 以便后续购买。</p> <p>10: 第13包电测听听力计无推荐品牌。</p> <p>11: 第15包等离子双极电切系统配置要求中“标配”统一改成“配置”。</p> <p>12: 第15包等离子双极电切系统无推荐品牌。</p> <p>13: 第16包宫腔镜冷刀手术系统配置要求中“标配”统一改成“配</p>

张为臣 刘程

置”。

14: 所有技术参数中涉及打印机及电脑的,不能指定品牌,并标明打印机及电脑的具体参数要求。

15: 第三包全自动生化免疫分析仪配置要求中第4条离心机、第6条医用冰箱无参数要求,应标明具体参数要求。

专家签名:

王川 王健智

2021年08月19日

张涛 王锦琦 程之松