


# 专家论证意见

采购单位名称	
采购项目名称	2019-2020年度第六批医疗设备采购项目
采购编号	2021-JQ64-W1013
专家论证意见	<p>1: 医疗设备采购项目清单中18、21包设备名称与后附相应技术参数表设备名称不一致。</p> <p>2: 第3包碳光子治疗仪第8条输出功率具体参数要求建议改成“多档可调且最低功率&gt;50W”</p> <p>3: 第19包血管穿刺用超声显像设备第9条专用成像软件具体参数要求中应明确应用范围。</p> <p>4: 第20包便携式彩色超声诊断仪第2条设备版本具体参数要求建议改成“所投产品为目前最新版本产品（以注册证为准）”。</p> <p>5: 第1、2、4、8、11、12、14、15、19、20、21、22、24、26包设备无推荐品牌或推荐品牌不足3家。</p>
	专家签名: 
	2021年08月19日

# 论证会签到表

项目名称：2019-2020 年度第六批医疗设备采购项目

2021 年 08 月 19 日

单位名称	姓名	性别	职务/职称	学历	专业	联系电话
河南省洛阳正骨医院	王健强	女	主任医师	本科	技术	13663795287
濮阳市第八医院	程文浩	男	主任医师	本科	技术	13703883473
洛阳市科技馆	王子川	男	副教授	本科	技术	135192090026
河南科技大学	马瑞琦	男	高级	本科	技术	13683857628
洛阳市质检中心	张涛	男	高工	本科	技术	1370819158