

智能化运动损伤风险筛查系统研发项目 参数论证专家论证意见汇总表

采购单位名称	
采购项目名称	智能化运动损伤风险筛查系统研发项目
项目投资总额	35万元
专家论证 意见汇总	<ol style="list-style-type: none"> 1、项目具体技术参数描述混乱,应按照硬件、软件两部分进行分类,具体参数、数量须明确;建议市场调研多套方案后,重新起草项目需求参数; 2、部分指标有错误、不详细,应重新咨询或确定; 3、采购中的子工作站等名称容易让投标人误解,建议采用其他名称; 4、建议质保期建议为3年的常规保修,保修期外延长或其他优惠可作为加分项; 5、建议项目需求在有限预算内,以硬件设备为前提兼顾市场成熟软件思路采购; 6、建议核心产品为:心电监测设备 7、商务要求:建议投标人资格处增加部队采购信息的承诺函。

专家签名:

张平 姜晓松 郑鹏飞

2022年01月12日