


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘清平
	职称: 主任医师
	工作单位: 市第二人民医院
项目信息	项目名称: 驻马店市中心医院东芝 320 排 CT 球管采购项目
	供应商名称: 哈尔滨伯尼特商贸有限公司
专业人员论证意见	<p>CT球管是CT的重要组成部分,是保障设备安全可靠运行的重要保障,各厂家都有自己独特的专利技术和核心参数,其他品牌CT的球管不能很好地匹配和兼容,为保障更换球管后能充分发挥球管各项性能,建议采购原厂球管,而目前原厂球管只有一家代理,故需采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> 日期 2022年3月7日 </div> </div>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 魏道如
	职称: 高级工程师
	工作单位: 驻马店市中医院
项目信息	项目名称: 驻马店市中心医院东芝 320 排 CT 球管采购项目
	供应商名称: 哈尔滨伯尼特商贸有限公司
专业人员论证意见	<p>CT球管是CT机的核心部件, 每个厂家都有自己独特的专利技术和核心技术参数, 其他品牌CT球管大体功能参数虽然相近, 但不能很好地匹配原有CT机, 为保证更换球管后能充分发挥球管各项性能指标, 延长使用寿命, 满足临床诊断所需的高质量影像, 建议采购原厂球管配件, 目前原厂球管只有一个总代理, 故需采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	魏道如 日期 2024年3月7日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 袁有志
	职称: 工程师
	工作单位: 驻马店市第一人民医院
项目信息	项目名称: 驻马店市中心医院东芝 320 排 CT 球管采购项目
	供应商名称: 哈尔滨伯尼特商贸有限公司
专业人员论证意见	<p>CT球管属于CT机的核心部件,必须采用原厂生产球管才能保证整机性能稳定,球管采购必须保证原厂技术能力和合法原厂全新球管.该佳能CT球管在中国唯一销售代理处采购.符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款的规定符合单一来源的唯一性.</p>
专业人员签字	袁有志 日期 2023年3月7日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

